

Braunschweig und Berlin



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für: Zhonghang Electronic Measuring
Issued to: Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)
2 PO Box
723007 Hanzhong, Shaanxi
China

Prüfgrundlage: EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4 Fehleranteil / fraction p = 0.7
In accordance with: OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001)

Gegenstand: Wägezelle
Object: DMS-Plattform-Wägezelle / strain gauge single point load cell

Typ / Type: L6Q
EMax 50kg - 250kg
Genauigkeitsklasse: C3; C4
Accuracy class

Kennummer:
Serial number:

Prüfscheinnummer: D09-07.06
Test certificate number: D09-07.06

Datum der Prüfung:
Date of Test:

Anzahl der Seiten: 6
Number of pages:

Geschäftszeichen: PTB-1.12-4027292
Reference No.:

Benannte Stelle: 0102
Notified Body:

Im Auftrag
By order

Dr. Oliver Mack



Braunschweig, 22.01.2007

Siegel
Seal